

Kimberly-Clark*

Set MIC-KEY* di estensione per bolo con connettore Secur-Lok*

SET MIC-KEY* DI ESTENSIONE PER BOLO CON PUNTA PER CATETERE,
CONNETTORE DRITTO SECUR-LOK* E MORSETTO

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Rimuovere il tappo dal tubo MIC-KEY* per alimentazione, in modo da esporre la valvola anti-riflusso del tubo MIC* stesso.
2. Inserire il connettore del set di estensione per bolo nella porta di alimentazione del MIC-KEY*. Allineare i contrassegni neri, presenti sul set di estensione per bolo e sul MIC-KEY*, e impartire mezzo giro di rotazione in senso ORARIO bloccandoli a posto.
3. Sciacquare il tubo con acqua (10 ml per i modelli per adulti, 3-5 ml per i modelli per bambini) per garantire che sia privo di ostruzioni.
4. Somministrare l'alimentazione.
5. Dopo l'alimentazione, sciacquare il set di estensione per bolo e il MIC-KEY* con 5-10 ml di acqua tiepida.
6. Scollegare il set di estensione per bolo dal MIC-KEY* ruotando il connettore del set di alimentazione in SENSO ANTIORARIO fino al suo arresto. Staccare delicatamente il connettore dal MIC-KEY* e chiudere il MIC-KEY*.
7. Lavare il set di estensione per bolo con acqua tiepida saponata e risciacquare a fondo.



0123-12

0123-24

DA USARSI ESCLUSIVAMENTE SU UN SINGOLO PAZIENTE

AVVERTENZA - ESCLUSIVAMENTE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI
NUTRIZIONE E/O FARMACI PER VIA ENTERALE.



Non sterile

Quantità

LOT

Numero lotto

REF

Codice



Monouso



Leggere le
istruzioni

Solo dietro
prescrizione
medica (Stati
Uniti)



Scadenza



Formulazione priva di DEHP
(Di(2-etilhexil) ftalato)

CE 0344

* Marchio registrato o marchio di fabbrica della Kimberly-Clark Worldwide, Inc. o delle sue controllate.
© 2003 KCWW. Tutti i diritti riservati.

Prodotto dalla Ballard Medical Products, Draper, Utah 84020 USA
Distribuito negli U.S.A. dalla Kimberly-Clark Global Sales, Inc. Roswell, GA. 30076 USA
Kimberly-Clark N.V., Belgicastraat 17, 1930 Zaventem, Belgio
<http://www.kchealthcare.com> - Negli U.S.A. chiamare il numero verde +1-800-528-5591;
dall'estero chiamare +1-801-572-6800