

Kimberly-Clark*

MIC-KEY* forlængersæt med gevind og Secur-Lok* studs

MIC-KEY* FORLÆNGERSÆT MED GEVIND OG 90° SECUR-LOK*
VINKELSTUDS TIL MIC-KEY* GASTROSTOMISONDER MED LAV PROFIL

BRUGSANVISNING

1. Tag proppen af MIC-KEY* ernæringssonden, så der er fri til kontraventilen i MIC* ernæringssonden.
2. Til ventrikelsug eller enteral ernæring tilsluttes SECUR-LOK* forlængersættet ved at rette de sorte streger på studs og MIC-KEY* sonde ind med hinanden. Lås det på plads ved at dreje det 3/4 omgang HØJRE OM.
3. Gennemskyl SECUR-LOK* forlængersæt og MIC-KEY* sonde med varmt vand (10 ml til voksenversion, 3-5 ml til børneversion). Kontrollér, at skylning går let.
4. Efter indgivelse af ernæring eller tømning gennemskylles SECUR-LOK* forlængersæt og MIC-KEY* sonde med 5-10 ml varmt vand.
5. SECUR-LOK* forlængersættet tages af MIC-KEY* sonden ved at dreje studsene VENSTRE OM, så de sorte streger på MIC-KEY* sonde og forlængersæt retter ind med hinanden. Tag forsigtigt studsene af MIC-KEY* sonden. Sæt proppen i MIC-KEY* sonden igen.
6. Efter brug vaskes SECUR-LOK* forlængersættet med varmt sæbevand og skylles grundigt.



0126-12

0126-24

UDELUKKENDE TIL BRUG TIL EN ENKELT PATIENT.

ADVARSEL: UDELUKKENDE TIL ENTERAL ERNÆRING OG/ELLER
MEDICIN.



Usteril

Antal

LOT

Partnummer

REF

Genbestillings-
nummer



Engangsbrug



Læs
anvisningerne

Receptpligtig
(USA)



Anvendes inden



Indeholder ikke DEHP
(di(2-ethylhexyl)phthalat)

CE 0344

* Registreret varemærke eller varemærke, der tilhører Kimberly-Clark Worldwide, Inc. eller dets datterselskaber.
© 2003 KCWW. Alle rettigheder forbeholdes.

Producent: Ballard Medical Products, Draper, Utah 84020 USA
Distributor i USA: Kimberly-Clark Global Sales, Inc. Roswell, GA. 30076 USA
Kimberly-Clark N.V., Belgicastraat 17, 1930 Zaventem, Belgium
<http://www.kchealthcare.com> | USA: tlf. 1 800 528 5591; i andre lande: tlf. +1 801 572 6800