

Kimberly-Clark*

MIC-KEY* Verlängerungsset mit Gewinde und Secur-Lok* Anschluss

MIC-KEY* VERLÄNGERUNGSSET MIT GEWINDE UND RECHTWINKLIGEM SECUR-LOK* ANSCHLUSS FÜR MIC-KEY* GASTROSTOMIE-SONDEN MIT NIEDRIGEM PROFIL



0226-12
0226-24

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Den Verschlusspfropfen aus dem MIC-KEY* Versorgungsschlauch entfernen, um das Antirückflussventil des MIC* Schlauchs freizulegen.
2. Die SECUR-LOK* Verlängerung zur Magendekompression oder zur enteralen Ernährung anschließen. Dazu die schwarze Linie am Anschlussstück auf die schwarze Linie des MIC-KEY* ausrichten. Mit einer 3/4-Drehung IM UHRZEIGERSINN fixieren.
3. Das SECUR-LOK* Verlängerungsset und den MIC-KEY* mit warmem Wasser spülen (10 ml bei Erwachsenen, 3 – 5 ml bei Kindern). Auf Durchgängigkeit prüfen.
4. Nach der Ernährung oder Dekompression das SECUR-LOK* Verlängerungsset und den MIC-KEY* mit 5 –10 ml warmem Wasser spülen.
5. Um das SECUR-LOK* Verlängerungsset vom MIC-KEY* zu lösen, den Anschluss des Verlängerungssets GEGEN DEN UHRZEIGERSINN drehen, bis die schwarze Linie auf dem MIC-KEY* mit der schwarzen Linie auf dem Verlängerungsset bündig ist. Den Anschluss vorsichtig vom MIC-KEY* lösen. Den Pfropfen wieder in den MIC-KEY* einsetzen.
6. Das SECUR-LOK* Verlängerungsset nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und Seife waschen und gründlich nachspülen.

NUR FÜR EINEN PATIENTEN.

ACHTUNG: NUR ZUR ENTERALEN ERNÄHRUNG UND/ODER MEDIKATION.

Enthält DEHP (Einzelheiten unter www.kchealthcare.com/DEHP)



Stückzahl

LOT

REF



Einmalprodukt



Anweisungen
lesen

Verschreibungs-
pflichtig (USA)



Verwendbar bis



Herstellungsdatum

CE 0344

* Eingetragenes Warenzeichen oder Warenzeichen von Kimberly-Clark Worldwide, Inc. oder der Tochterunternehmen. © 2003 KCWW. Alle Rechte vorbehalten.

Hergestellt von Ballard Medical Products, Draper, Utah 84020 USA
In den USA vertrieben durch Kimberly-Clark Global Sales, Inc. Roswell, GA. 30076 USA
Kimberly-Clark N.V., Belgicastraat 17, 1930 Zaventem, Belgien
<http://www.kchealthcare.com> Anrufe innerhalb der USA unter 1 800 528 5591;
internationale Anrufe unter +1 801 572 6800